

ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID-19

1. Descrizione e caratteristiche

- Mascherine chirurgiche monouso con elevata filtrazione batteriologica ed alta resistenza agli spruzzi, dotate di elastici auricolari e nasello semirigido regolabile, aventi le seguenti caratteristiche:
 - dispositivo medico ai sensi del D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i.
 - marcatura CE
 - conformità alle norme tecniche UNI EN ISO 11737-1:2008 e UNI EN ISO 14683:2019
 - tipo IIR
 - efficienza di filtrazione batterica >99%

- Mascherine filtranti facciali FFP2 aventi le seguenti caratteristiche:
 - DPI (dispositivo di protezione individuale) ai sensi del Regolamento UE 2016/425
 - categoria III – certificazione CE – Standard EN149:2001+A1:2009

- Copriscarpe monouso in CPE groffato con elastico, aventi le seguenti caratteristiche:
 - marcatura CE
 - conformità alle norme tecniche UNI EN ISO 13688:2013

- Cuffie protettive monouso in tessuto non tessuto (TNT) con elastico, aventi le seguenti caratteristiche:
 - DPI (dispositivo di protezione individuale) ai sensi del Regolamento UE 2016/425
 - dispositivo medico in classe I ai sensi del D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i.
 - marcatura CE

2. Certificazioni

Tutti i dispositivi di protezione individuale devono essere certificati e riportare le marcature di legge.

3. Scheda tecnica

Ciascuna tipologia di DPI deve essere munita della relativa scheda tecnica.

4. Quantità

Nella seguente tabella sono riportate le quantità oggetto di fornitura.

Quantità	DPI
N. 10.000 pezzi	Mascherine chirurgiche
N. 1.000 pezzi	Mascherine FFP2
N. 2.000 pezzi	Copriscarpe
N. 2.000 pezzi	Cuffie

Il Responsabile unico del procedimento

f.to dottor Mauro Badiale